

SPITALUL GENERAL CF GALATI

Nr.8220/25.07.2017

ANUNT PUBLICITAR

In data de 28.07.2017 Spitalul General CF Galati intentioneaza sa achizitioneze din catalogul SEAP 2buc. „ Sistem de masurare a produsului doza arie pe pacient”

- 1 buc. pentru Laboratorul de radiologie si imagistica medicala din cadrul Ambulatoriului de Specialitate CF Galati (Strada Alexandru Moruzzi Nr. 5-7, Galati);
- 1 buc. pentru Laboratorul de radiologie si imagistica medicala din cadrul Ambulatoriului de Specialitate CF Buzau (Strada Republicii nr.8-12, Buzau

Tip anunt: Achizitie directa

Tip contract: Furnizare

Denumirea contractului: - Sistem de masurare a produsului doza arie pe pacient 2 buc.

- 1 buc. pentru Laboratorul de radiologie si imagistica medicala din cadrul Ambulatoriului de Specialitate CF Galati (Strada Alexandru Moruzzi Nr. 5-7, Galati);
- 1 buc. pentru Laboratorul de radiologie si imagistica medicala din cadrul Ambulatoriului de Specialitate CF Buzau (Strada Republicii nr.8-12, Buzau) contract ce se va derula pana la data de 30.09.2017.

COD CPV: 38341600-3

Valoarea estimata fara TVA (2 BUC): 20.168,067 lei fara TVA

Descrierea contractului: contract furnizare Sistem de masurare a produsului doza arie pe pacient 2 buc. compatibile cu urmatoarele aparate:

1. Instalatie RX Klinograph 42 - pentru postul 2 grafie pentru Ambulatoriul de Specialitate CF Galati;
2. Instalatie RX cu un post grafie tip MULTIX pentru Ambulatoriul de Specialitate CF Buzau

Producator: Siemens Germania.

Produsele vor avea toate avizele CNCAN, Autorizatie de Securitate radiologica CNCAN in termen de valabilitate.

Termenul de garantie a produselor: minim 24 de luni.

Conditii contract: oferta financiara va include si intocmirea documentatiei in vederea modificarii autorizatiilor de utilizare, pe fiecare echipament nu se admit oferte alternative.

Conditii participare:

Oferta se va posta in catalogul SEAP cu denumirea „Sistem de masurare a produsului doza arie pe pacient 2 buc.- Spitalul General CF Galati”

Criterii adjudecare:

- pretul cel mai scazut;
- pretul se va exprima /buc.

Termen limita primire oferte: 28.07.2017, ora 12:00


Informatii suplimentare:

1. Se recomanda vizitarea locatiilor:

- Spitalul General CF Galati, Strada Alexandru Moruzzi Nr. 5-7 (Ambulatoriul de Specialitate CF Galati -Laboratorul de radiologie si imagistica medicala, etaj 1);
- Sectia Exterioara cu Paturi Cf Buzau (Ambulatoriul de Specialitate CF Buzau-Laboratorul de radiologie si imagistica medicala, parter).

2. Lista cu caracteristicile minime ale aparaturii se regaseste postata pe site-ul spitalului disponibil la adresa: <http://www.spitalgeneralcfdgalati.ro> la sectiunea: Anunturi - Achizitii Publice cu denumirea „Sistem de masurare a produsului doza arie pe pacient 2 buc.”

Persoane de contact: Sing.Sirghie Emil – Sef Serviciu Tehnic, tel 0236. 411794 / 0753240135; Dr. Simionica Daniela Maria tel. 0236.460795 int.111, Dr. Banica Rodica tel. 0238-7111188.



**LISTA CARACTERISTICILOR PENTRU
SISTEM DE MASURARE A PRODUSULUI DOZA - ARIE PE PACIENT**

COD CPV: 38341600-3

Tip anunt: Achizitie directa in SEAP

Denumirea contractului: Achizitie - Sistem de masurare a produsului doza arie pe pacient

Nr. Buc: 2 (doua) din care:

- 1 buc. pentru Laboratorul de radiologie si imagistica medicala din cadrul Ambulatoriului de Specialitate CF Galati (Strada Alexandru Moruzzi Nr. 5-7 Galati);
- 1 buc. pentru Laboratorul de radiologie si imagistica medicala din cadrul Ambulatoriului de Specialitate CF Buzau (Strada Republicii nr.8-12, Buzau).

Valoarea estimata fara TVA (2 buc): 20.168,067 lei fara TVA

Tipul de finantare: Bugetul de stat

Lista caracteristicilor pentru Sistem de masurare/afisare (a produsului doza radiatii x arie) DAP metru

DAP-metru, pentru Xgrafie,

- sistem pentru masurarea produsului doza-arie (doza de radiatie la nivelul pacientului) cu camera de ionizare, adaptabil la masa de pacient de la echipamente radiografie diagnostic Siemens KLINOGRAPH 4 - 2 CP 2E MUTIX VERTIX si MULTIX COMPACT.

b) Configuratie:

Set complet care include:

- Camera ionizare, cu modul electronic integrat; Camera de ionizare va fi amplasata pe masa de grafie situata in alta camera decât camera de comanda unde se va amplasa modulul de afisaj.
- Modul de afisaj pentru o camera de ionizare, cu LED- uri, control, taste, cu afisarea marimilor în GyxcM2
- Cabluri de conectare si conexiune.

Cablajul va fi mascat (de preferinta in canalul de cabluri a aparaturii) nevizibil pentru pacienti.

- adaptor- alimentator tensiune necesar
- accesorii set montaj pentru montajul mecanic adaptat/ specific echipamentului rX existent KLINOGRAPH 4-2 CP 2E MUTIX VERTIX seria 01019/1994 (Siemens A.G. –Germania), masa pacient tip Multix CP serie 01035S10/1993, **la Laboratorul de radiologie si imagistica medicala din Ambulatoriului de Specialitate CF Galati,** MULTIX COMPACT seria 01069/2002) (Siemens A.G. – Germania), masa pacient seria 01069 **la Laboratorul de radiologie si imagistica medicala din Ambulatoriului de Specialitate CF Buzau.**

c) Caracteristici tehnice

- masurare produs doza-arie in domeniul energetic: 40 ...150kV;
- domeniul masura pentru debitul DAP: 0,01...300.000 mGyxcm²/s;
- domeniul de masura al DAP (produs doza-arie, la pacient): intre 1 ... 10⁷mGyx cm²;
- rezolutia de masurare (digitala) ≤ 0,1 mGy x cm²
- transparenta mai buna de 75 %;
- dimensiuni: sa adapteze aparatul radiologie existent;
- masurare conform IEC 580; Din 6819; Legea nr. 111/CNCAN

d) Cerinte:

Produsul va avea: AUTORIZATIE DE SECURITATE RADIOLOGICA CNCAN în termen de valabilitate;

Ofertantul va prezenta: AUTORIZATIA DE MANIPULARE PENTRU PRODUSELE OFERTATE în termen de valabilitate;

e) Modul de prezentare a caracteristicilor tehnice:

Propunerea tehnica va fi intocmita în asa fel încât sa se asigure posibilitatea verificarii conformitatii propunerii tehnice cu cerintele din Lista cu caracteristicile pentru „Sistem de masurare a produsului doza arie pe pacient”, lista contine specificatiile tehnice pe care ofertantul trebuie sa le respecte pentru a corespunde necesitatilor Spitalului General CF Galati.

Cofiguratia si caracteristicile tehnice pentru „Sistem de masurare a produsului doza arie pe pacient 2 buc.” se incarca in SEAP la „Descriere”

f) Modul de prezentare a propunerii financiare

Ofertantul trebuie sa prezinte propunerea financiara în asa fel încât sa cuprinda toate elementele de formare a pretului final.

Propunerea financiară trebuie să fie fermă, să cuprindă contravaloarea produsului, a accesoriilor și toate cheltuielile de livrare privind montajul si punere in functiune, eliberarea buletinelor de

verificare tehnica dupa montaj, instruire personal si intocmirea documentatie in vederea modificarii autorizatiilor de utilizare, pe fiecare echipament”.

Furnizorul are obligația de a asigura transportul și montarea aparatelor la locatiile autorității contractante (Galati si Buzau).

Pretul va fi a exprimat lei fara TVA/ bucata, cu doua zecimale dupa virgula.

Nu se accepta oferte alternative.

g) Livrare si transport - Livrarea: maxim 30 zile de la lansarea comenzii

i) Termenul de garantie a produselor: 24 luni

j) Conditii de plata: 45 zile de la instalare.

k) Conditii participare: Oferata se va posta in catalogul SEAP cu denumirea „Sistem de masurare a produsului doza arie pe pacient 2 buc. - Spitalul General CF Galati”

l) Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut

Termen limita publicare oferte in SEAP: 28.07.2017, ora 12:00

Informatii suplimentare:

1.Se recomanda vizitarea locatiilor:

- Spitalul General CF Galati, Strada Alexandru Moruzzi Nr. 5-7 (Ambulatoriul de Specialitate CF Galati -Laboratorul de radiologie si imagistica medicala, etaj 1);
- Sectia Exterioara cu Paturi Cf Buzau (Ambulatoriul de Specialitate CF Buzau-Laboratorul de radiologie si imagistica medicala, parter).

25.07.2017

MEDIC PRIMAR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA,

Dr. Daniela Maria SIMIONICA



R:D.T.